

PONTO DE FULGOR TAG COPO FECHADO - SEMI-AUTOMÁTICO

Normas:

ASTM D 56, IP 491, IP 492, ISO 1523, JIS K2265, FTM 791-1101

Aplicação

Combustíveis em geral, Gasolina para aviação, Combustível para turbinas
Querosene, Solventes, Tintas e Vernizes

Descrição:

Para a determinação do ponto de fulgor, por Tag copo fechado, dos líquidos com uma viscosidade abaixo de 5,5 mm²/s (ST) em 40°C (104°F), ou abaixo de 9,5 mm²/s (ST) 25°C (77°F), e um ponto de fulgor abaixo de 93°C (200°F)

Composição Do Equipamento:

Banho Maria com aquecimento elétrico

Serpentina para refrigeração e termostatização

Sistema de ignição a gás e elétrico incorporado no equipamento.

Acessórios:

2 termômetros -20 até +50°C/0,05°C

2 termômetros -5 até +110°C/0,05°C

